



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Administración General

Dirección de Administración
Departamento Contrataciones
Talcahuano N° 550 3° piso oficina 3065
C.P. 1013 - Capital Federal
Tel. 4370-4867 - Fax: 4370-4866

Señor proveedor: Sírvase cotizar por el requerimiento que se indica a continuación, en un todo de acuerdo con las descripciones que se detallan y conforme al Decreto n° 5720/72 (reglamentario de la Ley de Contabilidad) :

Renglón	Cantidad.	Descripción	Precio unitario	Precio Total
1	1	Por la adquisición de un espirómetro computarizado, portátil, compacto; destinado al uso de consultorio, terapia ó ambulatorio. El mismo, deberá poder operarse en forma directa desde la tensión de línea o desde baterías recargables. Deberá dar la utilidad de realizar estudios de capacidad vital (Slow VC) y vital forzada (FVC) inspiratoria y espiratoria, MVV (en forma indirecta en el estudio FVC). <u>EL EQUIPO QUE NOS OCUPA DEBERÁ REUNIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</u> <u>Principio de detección de flujo:</u> el transductor será del tipo turbina bidireccional, el mismo entregará valores constantes y precisos sin necesitar calibración en un rango masivo, a fin de operar en diferentes condiciones, altitudes y temperaturas. <u>Detección de volumen:</u> digital bidireccional por pico flujo constante. <u>Memoria:</u> mínima para guardar 1000 reportes(datos, curvas de flujo – volumen y volumen – tiempo para pre y post broncodilatación 1 y 2) <u>Rango de operación:</u> +/- 2ml, 15 litros por segundo B.T.P.S., resolución 10 ml de volumen; 0,03 L/seg de flujo <u>Duración máxima del test:</u> 15 segundos (comenzando desde la presión de la tecla START en el panel de control o al detectar el flujo de la inspiración o expiración). <u>Impresora:</u> de papel termosensible de 320 puntos incorporada. <u>Papel para la impresora:</u> 112 mm (standard, para todas las impresoras térmicas de 320 puntos). <u>ADEMÁS SE PROVEERÁ 1 (UNO) ROLLO DE PAPEL TERMOSENSIBLE DE REPUESTO, ADEMÁS DEL INSTALADO EN LA IMPRESORA DEL ESPIRÓMETRO.</u> <u>Pantalla:</u>LCD , contraste 128x64 pixeles con iluminación posterior. Presentación de curva de flujo / volumen ó volumen / tiempo en tiempo real. <u>Lenguaje del sistema:</u> Español <u>Teclado:</u> numérico táctiles de membrana, alfanumérico <u>Rango de temperatura recomendada:</u> sistema de turbina dado que no lo afectan las condiciones extremas (temperatura, altitud, humedad, etc) por lo que no necesita ser calibrado a diario. <u>Rango de voltaje para operar:</u> 90 a 132 volt y 180 a 264 auto-switching. (automático). <u>Rango de frecuencia para operar:</u> de 50 a 60 Hz <u>Fuente de alimentación:</u> 110/220 auto-switching		



Corte Suprema de Justicia de la Nación
Administración General

		<u>Puerto de comunicación serie y pack de baterías:</u> recargables para trabajar en forma ambulatoria sin conexión a la tensión de línea, con una autonomía mayor a las ocho (8) horas. <u>Set de boquillas:</u> descartable <u>Valija:</u> de transporte <u>Manual de operaciones:</u> en idioma castellano <u>GARANTÍA MÍNIMA DEL EQUIPO:</u> en repuestos, partes, mano de obra y asesoramiento DOCE (12) MESES a partir de su entrega efectiva.		
		<u>ORGANISMO SOLICITANTE Y LUGAR DE ENTREGA</u> CUERPO MÉDICO FORENSE SERVICIO DE NEUMONOLOGÍA Lavalle n° 1309 Subsuelo (1013) Capital Federal		

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE PESOS
.....

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE